

## Konformitätsbestätigung

nach der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliederstaaten  
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter  
Spannungsgrenzen (2006/95/EG).

---

Prüfstelle : LGA QualiTest GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg

Auftraggeber : A. Eberle GmbH & Co. KG  
Aalener Str. 30/32, 90441 Nürnberg

Erzeugnis, Warenzeichen, Typbezeichnung : Mess- System für Netzqualität  
Warenzeichen: a-eberle  
PQ-Box 100 3U/4I, PQ-Box 100 4U/4I

Technische Daten des Erzeugnisses (Versorgungsspannung) : 1N~100 - 240 V / 2~ 100 - 400 V, 45 - 65 Hz, 12 W  
DC 100 - 220 V, 12 W, 300 V CAT IV

Technische Daten des Erzeugnisses (Messkreise) : 690 / 400 V 3~ + N + PE oder 690 / 400 V 3~ + PEN  
600 V CAT III oder 300 V CAT IV

Muster dieses Erzeugnisses sind geprüft und als in Übereinstimmung mit EN 61010-1:2001 befunden worden, wie es aus dem Prüfbericht (Aktenzeichen/Nr. 817 1224-AT1/1) hervorgeht.

Diese Konformitätsbestätigung ist von einer Stelle erstellt worden, die den Mitgliedstaaten und der Kommission der Europäischen Gemeinschaft gemäß den Bestimmungen des Artikels 11 der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG des Rates der Europäischen Gemeinschaft vom 12. Dezember 2006 mitgeteilt worden ist.

Diese Konformitätsbestätigung ist das Ergebnis einer Prüfung, die an einem eingereichten Muster eines Erzeugnisses in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der jeweiligen Norm durchgeführt worden ist. Sie stellt kein allgemeingültiges Urteil über die gesamte Fertigung dar und berechtigt nicht zur Benutzung eines LGA QualiTest GmbH Konformitätszeichens.

Nürnberg, 02.04.2008

LGA QualiTest GmbH  
Prüf- und Zertifizierstelle für Gerätesicherheit

  
Christian Sieber